

**湖前社区卫生服务中心
2022年新冠肺炎防控物资采购计划及参数**

序号	物资名称	单位	规格/型号/说明	技术参数要求	数量
1	一次性使用无菌注射器	支	2.5ML, 5号针头	1、产品的结构及组件由(注射针, 针座, 护套, 芯杆, 外套, 推杆)组成; 2、产品适用于临床注射及新冠疫苗注射; 针头0.5*16mm; 3、产品应经环氧乙烷灭菌, 无菌, 无致热源; 4、产品有效期≥2年。	24000
2	一次性使用自毁式无菌注射器	支	2ML, 5号针头	1、产品的结构及组件由(注射针, 针座, 护套, 芯杆, 外套, 推杆)组成; 2、产品适用于临床注射及新冠疫苗注射; 3、产品注射后能自行销毁; 针头0.5*16mm; 4、产品应经环氧乙烷灭菌, 无菌, 无致热源; 5、产品有效期≥2年。	12000
3	利器盒	个	∅L	1、圆形或方形 2、高密度聚乙烯材质不含PVC; 3、耐穿刺, 不渗漏, 不易破裂易于焚烧; 4、带有安全装置, 封闭后安全不能正常打开。	200
4	利器盒	个	∅L	1、圆形或方形 2、高密度聚乙烯材质不含PVC; 3、耐穿刺, 不渗漏, 不易破裂易于焚烧; 4、带有安全装置, 封闭后安全不能正常打开。	300
5	利器盒	个	∅L	1、圆形或方形 2、高密度聚乙烯材质不含PVC; 3、耐穿刺, 不渗漏, 不易破裂易于焚烧; 4、带有安全装置, 封闭后安全不能正常打开。	300
6	医用外科手术手套	付	6.5#	1、环氧乙烷灭菌, 麻面, 无粉。(独立包装) 2、天然橡胶乳制成 3、有效期≥2年。	2500
7	医用外科手术手套	付	7#	1、环氧乙烷灭菌, 麻面, 无粉。(独立包装) 2、天然橡胶乳制成 3、有效期≥2年。	5000
8	一次性橡胶检查手套	付	S	1、麻面, 无粉(独立包装); 2、有效期≥2年; 3、环氧乙烷灭菌。	2500
9	医用防护服(连脚式)	件	165#	参数要求: 1、弹性面部开口, 前胸及颈部采用双面胶自粘门襟设计; 2、脚套一体式设计; 3、抗渗水性: 关键部位静水压不低于16.8KPa; 4、断裂强度和断裂伸长率: 关键部位材料的断裂强度不低于760N, 断裂伸长率不低于70%; 5、过滤效率: 关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不低于99%; 6、抗合成血液穿透性: 不低于6级(7kPa压力不穿透); 7、表面抗湿性: 外侧沾水等级不低于7级; 8、透湿量: 防护服材料透湿量不低于3800g/(m ² ·d) 9、静电性能: 防护服的带电量应不大于10.6μC/件; 10、皮肤刺激性: 原发刺激性指数为0; 15、有效期: ≥3年;	800
10	医用防护服(连脚式)	件	170#	参数要求: 1、弹性面部开口, 前胸及颈部采用双面胶自粘门襟设计; 2、脚套一体式设计; 3、抗渗水性: 关键部位静水压不低于16.8KPa; 4、断裂强度和断裂伸长率: 关键部位材料的断裂强度不低于760N, 断裂伸长率不低于70%; 5、过滤效率: 关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不低于99%; 6、抗合成血液穿透性: 不低于6级(7kPa压力不穿透); 7、表面抗湿性: 外侧沾水等级不低于7级; 8、透湿量: 防护服材料透湿量不低于3800g/(m ² ·d) 9、静电性能: 防护服的带电量应不大于10.6μC/件; 10、皮肤刺激性: 原发刺激性指数为0; 15、有效期: ≥3年;	1500
11	医用防护服(连脚式)	件	175#	参数要求: 1、弹性面部开口, 前胸及颈部采用双面胶自粘门襟设计; 2、脚套一体式设计; 3、抗渗水性: 关键部位静水压不低于16.8KPa; 4、断裂强度和断裂伸长率: 关键部位材料的断裂强度不低于760N, 断裂伸长率不低于70%; 5、过滤效率: 关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不低于99%; 6、抗合成血液穿透性: 不低于6级(7kPa压力不穿透); 7、表面抗湿性: 外侧沾水等级不低于7级; 8、透湿量: 防护服材料透湿量不低于3800g/(m ² ·d) 9、静电性能: 防护服的带电量应不大于10.6μC/件; 10、皮肤刺激性: 原发刺激性指数为0; 15、有效期: ≥3年;	1300
12	医用防护服(连脚式)	件	180#	参数要求: 1、弹性面部开口, 前胸及颈部采用双面胶自粘门襟设计; 2、脚套一体式设计; 3、抗渗水性: 关键部位静水压不低于16.8KPa; 4、断裂强度和断裂伸长率: 关键部位材料的断裂强度不低于760N, 断裂伸长率不低于70%; 5、过滤效率: 关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不低于99%; 6、抗合成血液穿透性: 不低于6级(7kPa压力不穿透); 7、表面抗湿性: 外侧沾水等级不低于7级; 8、透湿量: 防护服材料透湿量不低于3800g/(m ² ·d) 9、静电性能: 防护服的带电量应不大于10.6μC/件; 10、皮肤刺激性: 原发刺激性指数为0; 15、有效期: ≥3年;	250
13	医用防护服(连脚式)	件	185#	产品参数: 1、符合国家标准 GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》; 2、取得中华人民共和国二类医疗器械注册证; 3、中央药点定储备产品; 4、弹性面部开口, 前胸及颈部采用双面胶自粘门襟设计; 5、脚套一体式设计, 防护更全面; (带脚套防护服适用) 不带脚套, 可根据不同使用场景选配不同的防护鞋套或防护靴套(不带脚套防护服适用); 6、材料输出口设计, 穿套更舒适; 7、抗渗水性: 关键部位静水压不低于16.8KPa; 8、断裂强度和断裂伸长率: 关键部位材料的断裂强度不低于760N, 断裂伸长率不低于70%; 9、过滤效率: 关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不低于99%; 10、抗合成血液穿透性: 不低于6级(7kPa压力不穿透); 11、表面抗湿性: 外侧沾水等级不低于7级; 12、透湿量: 防护服材料透湿量不低于3800g/(m ² ·d) 13、静电性能: 防护服的带电量应不大于10.6μC/件; 14、皮肤刺激性: 原发刺激性指数为0; 15、有效期: ≥3年; 16、产品的品牌必须同一性医用外科口罩及医用防护口罩一致。	200
14	医用隔离衣	件	通用	参数要求: 1、弹性面部开口, 前胸及颈部采用双面胶自粘门襟设计; 2、脚套一体式设计; 3、抗渗水性: 关键部位静水压不低于16.8KPa; 4、断裂强度和断裂伸长率: 关键部位材料的断裂强度不低于760N, 断裂伸长率不低于70%; 5、过滤效率: 关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不低于99%; 6、抗合成血液穿透性: 不低于6级(7kPa压力不穿透); 7、表面抗湿性: 外侧沾水等级不低于7级; 8、透湿量: 防护服材料透湿量不低于3800g/(m ² ·d) 9、静电性能: 防护服的带电量应不大于10.6μC/件; 10、皮肤刺激性: 原发刺激性指数为0; 15、有效期: ≥3年;	1500
15	医用隔离面罩	个		1、产品描述由高阻隔 PPE 材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成; 2、规格: 头戴式全面罩; 3、预期用途用于医疗机构中检查治疗时防护作用, 阻隔体液、血液飞溅或飞溅。	1000
16	医用防护口罩	个	N95	1、符合GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》标准; 2、PFE(非油性颗粒过滤效率)不低于99%; 3、气密阻力: 口罩的吸气阻力不超过5Pa; 4、口罩带与口罩体连接点的断裂强度不小10N, 且口罩带可调节; 5、阻燃性能: 连续燃烧时间不超过6s; 6、表面抗湿性: 口罩外表沾水等级为级; 7、合成血液穿透性能: 将2ml合成血液0.7kPa(80mmHg)压力喷向口罩, 口罩内侧未出现渗透; 8、配有鼻夹, 鼻夹由可弯折的可塑性材料制成; 9、扣合处为一体式; 10、头带为穿带, 带力与带扣脱扣, 方便调节带扣松紧, 保证佩戴舒适; 10、密封性: 口罩设计应提供良好的密封性, 口罩总适合因数不低于100; 11、环氧乙烷残留量: 经环氧乙烷灭菌的口罩, 其环氧乙烷残留量应不超过0.5μg/g; 12、产品有效期≥2年; 取得注册证时间不小于2年。	2000
17	一次性使用外科口罩	个	挂耳式	1、符合医药行业标准: YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求》; 2、鼻夹长度应不小于8cm; 3、鼻夹口罩带与口罩体连接点的断裂强度不小10N; 4、合成血液穿透: 2ml合成血液以16.0kPa(120mmHg)压力喷向口罩外侧, 口罩内侧未出现渗透; 5、细菌过滤效率(BEF)不小99%, 对非油性颗粒的过滤效率(PFE)不小90%; 6、口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于5Pa; 7、阻燃性能: 口罩离开火焰后燃烧时间不大于2s; 8、有效期: ≥3年。	12000
18	一次性使用帽子	只	圆帽	1、规格: 圆形, 为了避免交叉感染须独立包装; 2、结构及组成: 无纺布材料, 无菌, 经环氧乙烷灭菌后, 环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。	5000
19	一次性鞋套	双	常规型	1、弹性双松紧; 2、环保PE材料、无异味可直接接触皮肤; 3、防水防尘, 厚实坚韧耐磨。	3000
20	医用靴套	双	高邦	1、产品的材质应由覆膜无纺布材料, 经环氧乙烷消毒, 一次在使用; 2、产品防水、耐磨、双松紧弹性拉伸; 高筒需要能包裹至膝盖部位; 3、有效期≥2年。	2000
21	酒精	瓶	75%≤600ml	1、≥500ml, 以乙醇为主要有效成分的消毒液, 乙醇含量为75%±3%(V/V); 2、适用于完整皮肤和一般物体表面的消毒。	1500
22	喷壶	个	小号	1、产品的材质由塑料一次成型整体, 喷嘴必须按压式; 2、容量应≥500ML。	170
23	含氯泡腾消毒片	瓶	1g*100片/瓶	1、应符合Q/371402ALN011执行标准; 2、产品成分应由三氯异氰尿酸组成, 用于医疗机构的消毒(1瓶100片); 3、有效期应≥2年。	60
24	天然皂液	瓶	500ml	1、应符合Q/3ALX49执行标准; 2、产品的皂液活性物主要由皂基及可再生生物组成, 去污能力强, 易漂洗; 3、产品规格500ml/瓶, 有效期应≥2年。	100
25	医用棉签	袋	100mm*20支*100包	1、产品的规格应≥10cm*40支*20小包/袋, 经环氧乙烷灭菌。	30
26	医疗垃圾袋	个	55*65	1、黄色医疗垃圾专用袋; 2、平口式≥55*65cm。	4000
27	医疗垃圾袋	个	70*80	1、黄色医疗垃圾专用袋; 2、平口式≥70*80cm。	4000
28	医疗垃圾袋	个	100*120	1、黄色医疗垃圾专用袋; 2、平口式≥100*120cm。	4500
29	医疗垃圾捆扎带	根	4*200mm黄色	1、长条形可密封医疗废物垃圾袋(黄色), 产品规格≥4*200mm。	5000
30	医疗垃圾贴纸	张	8*5cm	1、长方形铜版纸不干胶, 用于黏贴医疗废物垃圾袋(黄色); 2、医废分类清楚, 警示标识打印清晰; 3、产品规格≥8*5cm。	3000