

附件：

康复理疗仪器采购清单

序号	品名	参数要求		单位	采购数量				
1	红外线治疗仪	光源波长	0.5~3微米（近红外）	台	6				
		光源瓦数	150W						
		光源标准	GB/T23140-2009(医疗红外线)						
		光源寿命	≥300小时						
		光源温度	≤180℃						
		额定功率	150VA						
		电压频率	50HZ						
		产品性能	1、双层防烫网罩； 2、倾倒自动断电保护，底座加重防倒（不小于10°） 3、垂直升降（升高后不低于1.6m），三段式调节支臂（支臂伸展>500mm、俯仰范围>90°） 4、可调节温度 5、时间设置：15、30、45、60分钟						
		2	电子针疗仪			输出功率	10.0VA	台	3
						输出电流限值	≤10mA（250Ω负载阻抗下）		
输出脉冲波形	非对称双向脉冲波								
输出直流分量	0mA								
输出脉冲路数	六路输出								
输出脉冲宽度	0.2ms±30%								
最大输出功率	0.3VA（250Ω负载阻抗下）								
输出脉冲频率	1-100HZ可调允差为±15%								
工作模式（三种波形）	连续波工作模式：1-100HZ连续可调 断续波工作模式：1-100HZ连续可调，工作15秒，停5秒 疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比1:5，密波频率为5-100HZ可调，疏波工作5秒，密波工作10秒								
参数记忆	有								
睡眠模式	有								
定时时间	60分钟								
频率参数	显示								
屏幕大小	LCD大屏								
旋钮	一键飞梭								
理疗模式	贴片理疗/针灸理疗								