

水部街道社区卫生服务中心 AI 免散

瞳眼底照相机参数要求

一、数量 1 台

二、参数要求

- 1 支持瞳孔直径： $\geq 2.8\text{mm}$ ；
- 2 屈光度调节范围： $-15\text{D}\sim+15\text{D}$ ；
- 3 调焦方式：自动；
- 4 眼底照明方式：红外光；
- 5 闪光方式：可见光；
- 6 图片格式：JPG ；
- 7 文件保存：外部存储；
- 8 外部电源：电源:220V AC ；
- 9 输入电流：1.0A；
- 10 无线传输：WI-FI/4G