

一.自助血压测量仪		
参数要求	符合/不符合	备注（若不符合，请把自身参数附上，提供我们参考）
1、测量原理：示波法		
2、显示屏：LCD 显示屏		
3、测量位置：左右臂均可		
4、适应臂周范围：17～42cm		
5、测量范围 血压量程：0～299mmHg； 脉搏数：40～180 次/分		
6、手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导		
7、测量精度压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）； 脉搏测量精度：±2%或±2 次/分（取最大者）		
8、肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手 臂放置位置是否正确		
9、臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒		
10、平均测量模式：可一键启动连续 3 次测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）		
11、二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来		
12、打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图		
13、ID 功能：可连接扫描枪或身份证读卡器		
14、抗菌设计对应 外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套		
15、臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检 自校功能。		
16、语音功能：10档音量调节，测量全程语音引导和测量结果播报。		
17、用户教育：根据测量结果，显示提示信息		
18、通信数据输出：USB 数据传输		
19、外形尺寸、重量：长 460mm×高 270mm×宽 420mm， ≤5.5KG		
20、精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站上查询证明材料		
二.婴幼儿智能体检仪		
参数要求	符合/不符合	备注（若不符合，请把自身参数附上，提供我们参考）
1.材质:卫生环保塑料。		
2.≥7英寸彩色背光高亮液晶屏。		
3.称量范围为:包含0-60kg，称重精度为:±0.05kg，且具有去皮、置零、校秤、修改、手动或自动锁定重量的功能。		
4.两侧护边滑轨上镶嵌高精度1mm刻度尺子，移动挡板通过超声波测量身长，实时自采集身长数值并显示，身高测量范围为:包含30-115cm，读数精度为:±1mm。		
5.产品内置有WHO(2006年)和中国(2022年)5级、6级评价标准。		
6.具有标准RS-232接口，可与PC机联网。		
7.供电电源:电源适配器:交流输入100-240V直流输出9V/1A，		
8.量板床结构尺寸:长127cmX宽45cmX高26cm(±5cm)。		