

(华大中心) 2025 年口腔科专用设备清单

序号	产品名称	单位	数量	最高单价 限价 (元)	最高总价 限价 (元)	备注
1	牙椅	台	1			具体参数要求见下面说明
2	空压机 (一拖二)	台	1			具体参数要求见下面说明
3	空压机 (一拖一)	台	1			具体参数要求见下面说明

具体参数要求

一、牙椅参数：

- 1、电源：AC220V, 50 Hz
- 2、输入功率：600VA
- 3、设备使用寿命：≥8 年
- 4、座垫面离地面高度：最低≤390mm, 最高≥800mm
- 5、头靠伸缩长度≥140mm
- 6、靠背俯仰与水平角度：0°~65°
- 7、牙科椅长度：≥1900mm
- 8、椅位升降速度≥ 300mm/min
- 9、椅位载重量≥150KG
- 10、漱口水，副控三用枪具有加热系统，具有防干烧功能
- 11、吸唾器：抽水速率≥800ml/min
- 12、痰盂下水速度≥1000ml/min
- 13、器械盘负重：1kg 盘面倾斜度≤3°

二、空压机参数（一拖二）：

- 1、电源电压(V AC): 110/220 (1/N/PE)
- 2、电源频率(Hz): 50/60
- 3、输入功率(kW): 0.8
- 4、最大电流(A): 4
- 5、启动和停机压力(bar): 5/8(可调)
- 6、控制方式：自动开/关（压力感应检测）
- 7、安全阀(bar): 8.8
- 8、储气罐容量(L): ≥38
- 9、气流量@5bar(L/min): 75
- 10、噪音等级@7bar[dB(A)]: 60

三、空压机参数（一拖一）：

- 1、电源电压(V AC): 110/220 (1/N/PE)
- 2、电源频率(Hz): 50/60
- 3、输入功率(kW): 0.55
- 4、最大电流(A): 3
- 5、启动和停机压力(bar): 5/8(可定制)
- 6、控制方式：压力开关
- 7、安全阀(bar): 8.8
- 8、储气罐容量(L): ≥25
- 9、气流量@5bar(L/min): 55
- 10、噪音等级@7bar[dB(A)]: 60