

一.心电监护仪具体参数要求				
序号	项目	参数要求	符合/不符合	备注1（若不符合，请把自身参数附上，提供我们参考）
1	整机要求	1.1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。		
		1.2、≥10寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。		
		1.3、标配锂电池，工作时间≥4 小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥8小时。		
		1.4、安全规格： ECG, TEMP, SpO2 , NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤CF型。		
		1.5、监护仪设计使用年限≥10 年，提供机器标贴证明材料。		
2	监测参数	2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。		
		2.2、采用ECG多导同步分析技术，保证心电监护的优异性，须提供证明材料彩页或说明书证明文件。		
		2.3、心电波形速度具备6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。		
		2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。		
		2.5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。		
		2.6、提供SpO 2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围： 30-250bpm		
		2.7、血氧监测时标配具备PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围： 0.05%-20%，分辨率0.01%。		
		2.8、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性，提供相关证明材料。		
		2.9、无创血压具备手动、连续、自动和序列测量模式，具备整点测量，提 供说明书或检验报告证明。		
		2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30-290mmHg		
		2.11、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。		
3	系统功能	3.1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。		
		3.2、具备所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明。		
		3.3、可升级存储卡，具备≥1200 小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储 30 秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值，提供说明书或检验报告证明文件。		
		3.4、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。		
		3.5、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。		
		3.6、具备 RJ45 接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。		
		3.7、具备监护仪的系统日志向 U 盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。		
		3.8、主机集成附件收纳槽，具备将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。		
		3.9、心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪，提供机器接口证明文件。		
		3.10、可升级内置记录仪，提供说明书或检验报告证明。		
		3.11、具备它床观察，可同时监视≥10 它床的报警信息。		
报价（元）				报价方案请附上品牌、型号、彩图等相关产品材料