鼓楼区华大街道社区卫生服务中心
医疗耗材物资采购清单

序号	项目	参数	尺码、规格	单位	预估数量	最高限额单价（元）	预算总价（元）	要求	是否符合要求
1	一次性使用医用橡胶检查手套	符合GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》检测标准	S	副	1500			无粉	
			M	副	1500				
			L	副	200				
2	一次性使用灭菌橡胶外科手套	符合GB/T 7543-2020《一次性使用灭菌橡胶外科手套》国家标准	6.5	副	1000			无特殊要：老化期：轻微乳化12.5%，轻微特长第三级7.50%，300%定伸负荷≤2.0N；老化后：轻微乳化9.5%，轻微特长第三级7.50%。	
			7	副	300				
			7.5	副	50				
3	利器盒	颜色应符合GB/T 3181《PV06》的要求	1L	个	400			整体为硬制材料制成，密封，盒内盛装的锐利器具不漏液，利器盒一旦被封口，不能被再次打开，易于贮放，不用使用胶黏工具（PVC）塑料作为制造原材料，整体颜色为黄色，在盒体侧面注明"感染性废物"，应印有医疗废物警示标识	
			3L万形	个	400				
			4L	个	400				
			6L	个	100				
4	一次性无菌医用帽	符合《GB8082-015-2019《一次性使用无菌医用帽》标准	无纺布	个	1000				
5	医疗废物桶	颜色应符合GB/T 3181《PV06》的要求	40L	个	5			整体为硬制材料制成，密封，盒内盛装的锐利器具不漏液，不用使用胶黏工具（PVC）塑料作为制造原材料，整体颜色为黄色，应印有医疗废物警示标识	
6	75%酒精湿巾	参考国家标准GB 15979-2002，国家标准GB/T 9722-2006，国家标准GB/T 29373-2010	140mm*180mm*36片	包	20			依据卫生部《消毒技术规范》（2002版）进行检测，要求：2个作用时间（10分钟，15分钟，15分钟）的杀灭对数均应≥5.00 （99.9%）	
7	75%医用酒精	符合GB 27951-2021 胶脲消毒剂通用要求	500ml	瓶	200				
8	医用镊子		125mm、140mm、160mm	个	10			不锈钢材质，适用于外科器械的夹、撷等，能常规消毒	
9	紫外线杀菌灯	符合GB 19258-2012规范	30w	副	20			紫外线清洁石英电压220V，相对湿度60%，温度20摄氏度时，辐射的253.7nm紫外线强度不低于70μW/cm2	
			40w	副	80				
10	血压计袖带			套	5				
11	温湿度计	符合JJG 682-1993标准		个	10				
12	透气胶带			盒	10				
13	含氯消毒片	符合GB 16303-2014中要求	100片/瓶	瓶	600			按产品说明书的要求反应后，稀释至说明书中规定的使用剂量，按卫生部《消毒技术规范》（2002年版）中的定量杀菌试验方法进行试验，其杀菌效果应达到的杀灭对数值。	
14	一次性使用静脉输液针		0.55*20TWLB	支	1000			需要提供产品批次的合格报告	
15	压敏胶		1cm*1500cm*10卷	盒	10				
16	84消毒液	符合GB 16303-2014中要求	500ml	瓶	50			按产品说明书的要求反应后，稀释至说明书中规定的使用剂量，按卫生部《消毒技术规范》（2002年版）中的定量杀菌试验方法进行试验，其杀菌效果应达到的杀灭对数值。	
17	消毒剂浓度测试纸		L 1	盒	5				
18	输液贴		200片/盒	盒	20				
19	一次性使用输液器		0.7#	付	1000				
20	紫外线强度指示卡		100片/盒	盒	6				
21	75%酒精		60ml	瓶	200				
22	75%酒精		100ml	瓶	300				
23	95%酒精		500ml	瓶	150				
24	口罩遇气管			个	10				
25	硅胶胃管		8.0mm	只	5				
26	医用灭菌纱布		6cm*6cm*100片	盒	20				
27	医用护理垫		30*30cm	张	500			开口型	
			50*90cm	张	3000				
			100cm*200cm	张	2000				
28	复方碘		60ml	瓶	100				
29	碘伏		100ml	瓶	100				
30	双氧水		100ml	瓶	50				
31	电子血压计		上臂式 YE655B	台	5				
32	棉球		0.3g*5个*100	包	5				
33	棉签		10cm*20根小包*100小包	大包	120				
34	棉签（长棉小头）		15cm*20根小包*50小包	大包	5				
35	棉签（长棉大头）		18cm*20根/包	包	5				
36	一次性扩张器		中号	个	1200				
37	医用超声耦合剂		DS-1型-250g	瓶	400				
38	止血压脉带（乳胶管）		m	米	10				
39	听诊器		插入式单用 A型	个	10				
40	踩氧方盒		25*30	个	5				
41	方盒		32*25*4.8	个	5				
42	简易呼吸器			套	3				
43	成人雾化面罩		LCD-022GR750	个	200			符合苏械注准20160806??要求	
44	小儿雾化面罩		LCD-2-022GR760	个	400			符合苏械注准20160806??要求	
45	一次性换药包			包	1800			12h内，符合苏械注准20192140167?要求	
46	压舌板		200片/包	包	180				
47	PE手套		50副/包	包	200				
48	头皮针		5#	支	500				
49	速干免洗手皮肤消毒液	符合Q/140ZAUX76执行标注	500ml	瓶	300			产品应用后使用有效期36天	
50	鼻导管		1.5M	根	500			医用天然胶合拍装，自管调节环，接口内径8mm圆锥口	
51	刀片		21号	盒	3			换药使用，医用无菌处理，需要镊夹产品批次的合格报告	
52	棉球		10卷/袋	袋	8			换药使用，医用无菌处理	
53	医疗废物标签		80cm*50cm*1000张	卷	10			要有活检后为黄色，非黄为灭菌，符合GB 3181 中 Y06的要求。	
54	氧气袋	参考GB8982-1988标准	SY型-42L	个	3			1）氧气袋的外表面应整洁美观，无毛边。 2）氧气袋的内壁应平滑，不应有异物现象。 3）氧气袋用等塑料热压成功为一致，壁厚均匀。 4）氧气袋的耐压强度，大于10 KPa。 5）气密性：氧气袋充10.0kPa氧气，静置24h,氧气袋压强不变。	
55	一次性无菌导尿包	无菌型	无菌型	包	3			一次性无菌导尿包基本配置：双腔导尿管1根;注射器1支；镊子2个;？包布1张；洞巾1张;棉球棉签5；引流袋1个;？塑料试管1个；纱布2块;手套1支；润滑剂1包;棉盒 托盘 洗涤液盒	
56	一次性使用微型穿刺包		A型	包	3			一次性使用微型穿刺包产品的基本配置为：敷穿孔，无菌注射针，无菌注射器，无菌配药注射液 一次性使用棉棒 检查手套或一次性使用无菌橡胶外科手套，塑料镊子，酒精灯，棉球，棉签，创口贴，胶带 胶贴，洞巾，引流袋，试管架，塑料试管，带塞子。一次性使用微型穿刺包无菌。	
57	一次性中心静脉导管包		A型	包	3			产品内容包括： ①石蜡油1片;②碘酒棉球1片;③碘代棉球1粒;④酒精棉球1粒;⑤酒精棉球2粒;⑥无菌纱布1片;⑦无菌手套1双;⑧护理垫单1张）	
58	一次性使用胸穿包			包	3			一次性使用胸穿包产品基本配置 一次性使用胸穿针，无菌注射器 无菌注射针，棉棒 医用手套 酒精棒 酒精灯，洞巾，带塞试管试管组成。一次性使用胸穿包无菌。	
59	伤口敷料		8.0x8.5cm、10x11cm、13.5x13.5cm、14.3x15.4cm、	10片/盒	20			可作为有中度到重度渗出物的各级体表创伤、一级或二级烧伤、褥疮区、动脉溃疡、静脉伤口的基础敷料 包括 压力性溃疡、脓肿静脉溃疡、神经性溃疡、足可以作为伤口压痛性创伤中或重复敷料的一般使用的二级敷料性质，同时 应能提供最佳的平衡 应压力性创伤 系统下使用。	
60	透气胶贴		3*5cm*100片/盒	盒	10			无纺布透气胶，四边3cm	
61	水银体温计	符合GB 161-2016标准		支	30				
62	医用外科口罩	符合YY0969-2013《医用外科口罩技术要求》	挂耳式	只	24000				
63	N95口罩	符合GB18083-2014《医用防护口罩技术要求》	头戴式	只	300				
64	防滑超声耦合剂		100只/盒	盒	3			长度≥180mm，宽度50-54mm	
65	软管（短）		12mm*30mm*50根/包	包	3				
66	医疗废物袋	颜色应符合GB/T 3181《PV06》的要求	90cm*110cm	个	1000				
			55cm*65cm	个	3000				
67	医疗废弃物扎带		20cm*100pc	包	10				
68	一次性输氧面罩		1型、0型、10型	套	5			型由面罩、导管与气源接头组成。输氧面罩应由面材及组成，t型由面罩、鼻桥杆、固定带、可塑鼻接头、松头杆、导管组成。t型由面罩、鼻桥杆、气源接头、松管、可塑鼻接头、松头杆、导管组成。面罩、导管、波纹管、气源接头采用符合GB/T1191S-1995要求的软管及二氧化碳排放孔,用通接头，松头杆采用符合GB/T1267S-2000要求的聚丙烯小的插接松头杆时，固定带、可塑鼻接头由符合 11267S-2000要求的ABS的塑制成，一次性使用输氧面罩应环氧乙烯灭菌，产品应无菌。	
69	吸痰管		4号（婴儿用） 6号、10号、12号（成人用）、14号、16号	根	3			10号为1.33mm*56cm，12号为4mm*56cm	
70	医用不锈钢手术剪刀		圆尖各 12.5cm	把	5				
			弯尖各 12.5cm	把	5				
71	新生儿体重秤（挂布型）	承重大于等于75KG	50KG/5g（双刻度）	个	3				
72	刮痧油		110ml	瓶	50				
73	浮标式氧气吸入器	符合YY1107-2003《浮标式氧气吸入器》要求 1、麻醉相关设备标准：符合GB/T 43952--2024《医用供应装置》组件材料标准； 2、医用手套：遵循GB 10213-2006《橡胶检查手套》或GB 24278-2009《聚氯乙烯手套》 3、气管插管海绵：推荐台医药器械注册标准（如"苏械注准20142080447"） 4、卫生安全通用标准：符合GB 9706--202中的对于一次性卫生用品的卫生要求。	氧气管接管规格7.0	套	3			需提供相应批号的一次性无菌报告	
74	一次性全麻联合套件		氧气管接管规格7.0	套	3			需提供相应批号的一次性无菌报告	
75	气管插管		氧气管接管规格7.0	根	3			有套管、需提供相应批号的一次性无菌报告	
76	一次性使用心电电极	符合YY 0196-2003	30片/包	包	2				
77	一次性使用静脉留置针	符合YY/0claw2100-2011《一次性使用静脉留置针》	18人型、21人型	根	3			需提供相应批号的一次性无菌报告	
78	透明敷料	符合YY/0claw2100-2011《透明敷料》	基本型、舒适敷型、舒适透气型、抗菌型	片	5			用于预防医疗器械相关感染，覆盖保护伤口，提供坚固环境，可作为次级材料用	
79	医用不锈钢压舌板		14cm、16cm、18cm	支	5				
80	医用石膏衬垫		20卷/包	包	3			医用石膏衬垫是用石膏作为主要成份石膏之间的护理料。主要用于防止石膏接触皮肤的直接刺激和摩擦伤及汗性皮肤病，减轻石膏对皮肤的压迫作用，帮助减轻疼痛感。 材料指标：承受200克拉力无断裂 透气性度：单位面积质量≥90g/m² 安全标准：无重金属及无化学刺激性气味 耐用特性：可重复使用1-3次不影响防护效果	
81	pH试纸	符合GHYP24-2007和CCHAC 0002-2019	100片/本	本	1			检测范围PH 1-14	
合计									

备注：以上数量为预估数量，具体采购数量按实际需求制定。