

2026年普通医疗耗材采购需求清单

序号	项目	参数	尺码、规格	单位	数量	最高限制单价(元)	最高限制总价(元)	要求	是否响应
1	一次性使用医用橡胶检查手套	符合GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》检测标准	S	副	1500			无粉	
			M	副	2000				
			L	副	200				
2	一次性使用灭菌橡胶外科手套	符合GB/T 7543-2020《一次性使用灭菌橡胶外科手套》国家标准	6.5	副	1000			拉伸性能：老化前：扯断力≥12.5N，扯断伸长率≥700%；300%定伸力倍≤2.0N；老化后：扯断力≥5.5N，扯断伸长率≥550%。	
			7	副	300				
			7.5	副	100				
3	利器盒	颜色应符合GB/T 3181 中Y06的要求	1L	个	400			整体为硬制材料制成，密封，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封，不能被再次打开。易于焚烧，不得使用聚氯乙烯(PVC)塑料作为制造原材料。整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”。应印制医疗废物警示标识	
			3L方形	个	400				
			4L	个	400				
			6L	个	100				
4	一次性无菌医用手套	符合TCSBME 015-2019《一次性使用无菌医用手套》标准	无纺布	个	1000				
5	医疗废物桶	颜色应符合GB/T 3181 中Y06的要求	40L	个	5			整体为硬制材料制成，密封，盒内盛装的锐利器具不撒漏，不得使用聚氯乙烯(PVC)塑料作为制造原材料。整体颜色为黄色，应印制医疗废物警示标识	
6	75%酒精湿巾	参考国家标准GB 15979-2002、国家标准GB/T 9722-2006、国家标准GB/T 26373-2010	140mm*180mm*50片	包	20			依据卫生部《消毒技术规范》(2002年版)进行检测，要求3个作用时间(30秒、1分钟、1分30秒)的杀灭对数均≥3.00(log <sub>10</sub> cfu/ml)	
7	75%医用酒精	符合GB 27951-2021《皮肤消毒剂通用要求》	500ml	瓶	200				
8	医用镊子		125mm、140mm、160mm	个	10			不锈钢材质，适用于外科裁剪纱布、绷带、胶布等物品	
9	紫外线杀菌灯	符合GB 19258-2012标准	30w	副	20			紫外线消毒灯在电压220V，相对湿度60%，温度20摄氏度时，辐射的253.7nm紫外线强度不低于70μW/cm2	
			40w	副	100				
10	血压计袖带			套	10				
11	温湿度计	符合JB/T 6862-1993标准		个	10				
12	透气胶带			盒	10				
13	含氯消毒片	符合GB 16383-2014中要求	100片/瓶	瓶	600			按产品说明书的要求反应后，稀释至说明书中规定的使用剂量，按卫生部《消毒技术规范》(2002年版)中的定量杀菌试验方法进行试验，其杀菌效果应达到的杀灭对数值。	
14	一次性使用静脉输液针		0.55*20TWLB	支	1000			需要提供产品批次的合格报告	
15	压敏胶		1cm*1500cm*10卷	盒	10				
16	84消毒液	符合GB 16383-2014中要求	500ml	瓶	50			按产品说明书的要求反应后，稀释至说明书中规定的使用剂量，按卫生部《消毒技术规范》(2002年版)中的定量杀菌试验方法进行试验，其杀菌效果应达到的杀灭对数值。	
17	消毒剂浓度测试纸		L 1	盒	5				
18	输液贴		200片/盒	盒	20				
19	一次性使用输液器		0.7#	付	1000				
20	紫外线强度指示卡		100片/盒	盒	6				
21	75%酒精		60ml	瓶	300				
22	75%酒精		100ml	瓶	300				
23	95%酒精		500ml	瓶	150				
24	口咽通气管			个	10				
25	硅胶胃管		8.0mm	只	5				
26	医用灭菌纱布		6cm*8cm*100片	盒	20				
27	医用护理垫		30*30cm	张	500			开口型	
			50*60cm	张	3000				
			100cm*200cm	张	3000				
28	爱尔碘		60ml	瓶	100				
29	碘伏		100ml	瓶	240				
30	双氧水		100ml	瓶	50				
31	电子血压计		上臂式 YE655B	台	10				
32	棉球		0.3g*5个*100	包	5				
33	棉签		10cm*20根/小包*100小包	大包	120				
34	棉签(长柄小头)		15cm*20根/小包*50小包	大包	5				
35	棉签(长柄大头)		18cm*20根/包	包	5				
36	一次性扩张器		中号	个	1200				
37	医用超声耦合剂		DS-1型*250g	瓶	400				
38	止血吊带(乳胶管)		m	米	10				
39	听诊器		插入式单用 A型	个	10				
40	搪瓷方盘		25*30	个	5				
41	方盘		32*25*4.8	个	5				
42	简易呼吸器			套	3				
43	成人雾化面罩		LCD 022G875B	个	100			产品须符合《医疗器械注册证》(苏械注准2016080672)的技术要求	
44	小儿雾化面罩		LCD-2 022G876B	个	200			产品须符合《医疗器械注册证》(苏械注准2016080672)的技术要求	
45	一次性换药包		120包/箱	包	1800			产品须符合《医疗器械注册证》(苏械注准20191240167)的技术要求	
46	压舌板		200片/包	包	180				
47	PE手套		50副/包	包	200				
48	头皮针		5#	支	500				
49	速干免洗手皮肤消毒液	符合Q/1402ALX176执行标准	500ml	瓶	300			产品启用后使用有效期90天	
50	鼻导管		1.5M	根	5			医用灭菌独立包装，自带调节环，接口内径8mm喇叭口	
51	刀片		23号	盒	3			换药使用，医用无菌处理，需要提供产品批次的合格报告	
52	绷带		10卷/袋	袋	8			换药使用，医用无菌处理	
53	医疗废物标签		80cm*50cm*1000张	卷	10			菱形边框应为黑色。背景为淡黄，符合GB/T 3181 中 Y06的要求	
54	氧气袋	参考GB8982-1988标准	SY型-42L	个	3			1) 氧气袋的外表面应整洁、美观、无毛边。 2) 氧气袋的粘接应牢固，不应有开裂现象。 3) 氧气袋用导管的色泽均匀一致，壁厚均匀。 4) 氧气袋耐压强度：大于10kPa。 5) 气密性：氧气袋充10.6kPa氧气，静置24h，氧气袋压强不劣。	
55	一次性无菌导尿包		乳管型	包	3			一次性无菌导尿包基本配置：双腔尿管(1根) 注射器(1支) 镊子(3个) 纱布(1张) 洞巾(1张) 碘伏棉球(2包) 引流袋(1个) 膀胱试纸(1个) 纱布(2块) 手套(3支) 润滑剂(1包) 腰盘 托盘 外消毒盘	
56	一次性使用腹腔穿刺包			包	3			一次性使用腹腔穿刺包产品的配置为：腹穿针、无菌注射器、无菌注射器。其选配内容物包括：一次性使用橡胶检查手套或一次性使用灭菌橡胶外科手套、塑料镊子、脱脂纱布、棉球、棉签、创可贴、胶布、胶布、洞巾、包布、试管架、塑料试管(带塞)、一次性使用腹腔穿刺包应无菌。	
57	一次性中心静脉导管包		A型	包	3			产品内容包括： 伤口敷贴(1片) 减张胶布(1片) 碘伏棉球(2包) 酒精消毒棉(1包) 酒精棉片(2包) 医用无纺布(1片) 乳胶手套(1双) 护理垫(2张)	
58	一次性使用胸穿包			包	3			一次性使用胸穿包产品基本配置：一次性使用胸穿针、流量调节阀(或限流卡)、无菌注射器、无菌注射针、橡胶引流手套、选用配置为：脱脂纱布、洞巾、带塞硬质试管组成。一次性使用胸穿包应无菌。	
59	伤口敷料		8.8x8.8cm、13.9x13.9cm、14.3x15.6cm、	10片/盒	20			可作为有中度到重度渗出物的各体表烧伤、一级或二级烧伤、擦伤、动脉粥样、皮肤伤口的基础敷料。包括：压力溃疡、腿部静脉曲张、神经性溃疡。还可以作为与伤口充填物(如纱布或藻酸盐敷料)一起使用的二级(覆盖性)敷料。在腿部静脉曲张治疗时，在压力性包扎系统下使用。	
60	透气胶贴		7*7cm*100片/盒	盒	10			无纺布透气款，内径3cm	
61	水银体温计	符合JJG 161-2010标准		支	30				
62	医用外科口罩	符合YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》	挂耳式	只	24000				
63	N95口罩	符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》	头戴式	只	300				
64	阴道超声隔声膜		100只/盒	盒	3			长度≥180mm，宽度50-54mm	
65	软管(短)		12mm*70mm*50根/包	包	3				
66	医疗废物袋	颜色应符合 GB/T 3181 中 Y06的要求	90cm*110cm	个	2000				
			55cm*65cm	个	3000				
67	医疗废弃物扎带		20cm*100pc	包	10				
68	一次性输氧面罩		I型、II型、III型	套	5			型由面罩、导管与气源接头组成。输氧面罩型由面罩结构及组成。II型由面罩、调节杆、固定圈、可置换接头、积水杯、导管组成。III型由面罩、可置换接头、气源接头、波纹管、可置换接头、积水杯、导管组成。面罩、导管、波纹管、气源接头采用符合GB/T15593-1995要求的软聚氯乙烯塑料制成。再连接头、积水杯采用符合GB/T12670-2008要求的聚丙烯(PP)树脂制成。调节杆、固定圈、可置换接头由符合GB/T12672-2009要求的ABS树脂制成。	
69	吸痰管		6号(婴儿用)、8号、10号、12号(成人用)、14号、16号	根	3			10号为3.33mm*50cm，12号为4mm*50cm	
70	医用不锈钢手术剪刀		直尖头 12.5cm	把	5				
			弯尖头 12.5cm	把	5				
71	新生儿体重秤(带布兜)	承重大于等于75KG	50KG/5g(双精度)	个	3				
72	刮痧油		110ml	瓶	50				
73	浮标式氧气吸入器	符合YY1107-2003《浮标式氧气吸入器》要求		套	3			使用介质氧气，输入压力15MPa，输出压力0.2-0.3MPa，流量范围1-15L/min，压力表2.5级。配套雾化瓶、配套吸氧管。	
74	一次性全麻联合套件	1、麻醉相关设备标准：符合GB/T 43952—2024《医用供应装置》 2、医用手套：遵循GB 10213-2006《橡胶检查手套》或GB 24786-2009《聚氯乙烯手套》 3、气管插管等器械：需符合医疗器械注册标准(如“苏械注准20142080444”) 4、卫生安全通用标准：符合GB 15979—2024中针对一次性卫生用品的卫生要求	气管插管规格7.0	套	3			需提供相应批号的一次性无菌报告	
75	气管插管	符合YY/T 0337.1-2002和YY/T 0337.2-2002中产品分类、涉及要求、材料性能、测试方法。针对不同患者群体的详细规范。	气管插管规格7.0	根	3			有气囊，需提供相应批号的一次性无菌报告	
76	一次性使用心电图电极	符合YY/T 0196-2005	50片/包	包	10				
77	一次性使用静脉留置针	符合YZB9302-2011《一次性使用静脉留置针》	成人型、儿童型	根	5			需提供相应批号的一次性无菌报告	
78	透明敷料	符合YZB95849-64-2012《透明敷料》	基本型、舒适稳固型、抗菌型	片	10			用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境，可作为次级材料将器械固定在皮肤上	
79	医用不锈钢舌板		14cm、16cm、18cm	支	5				
80	医用石膏衬垫		20卷/包	包	3			医用石膏衬垫是骨科治疗中置于皮肤与石膏之间的保护材料。主要用于防止石膏塑形固化时伤及皮肤并降低压力损伤风险。该产品采用全棉无纺布、粘胶棉等材质制成。 材料强度：承受200N拉力无断裂 透气性能：单位面积质量≤40g/m <sup>2</sup> 安全标准：无毒处理且无化学刺激性气味 耐用特性：可重复使用3.5次不影响防护效果	
81	pH试纸	符合GB/T9724-2007和VICRIAC 0002-2019	100片/本	本	1			检测范围PH1到14	
82	一次性使用鼻氧管	符合GB/T15593-1995的软聚氯乙烯制成	鼻架式、双鼻塞、单鼻塞、挂耳式、直式，50根/包	包	1			与输氧系统连接供人体吸入氧气用	
83	2%碘酊		20ml/瓶	瓶	10				
合计(元)									
<p>1. 以上数量为预估数量，具体采购数量按实际需求制定；                  2. 本次采购耗材为多次配送；                  3. 本次采购所签合同在区总医院实行集中采购后将自动解除合同。</p>									