

《配套医疗设备参数要求》							
序号	具体项目	参数要求	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	心电监护仪	1、适用范围：适配成人、儿童、新生儿全年龄段生命体征监护； 2、功能：过压自动泄压保护、手动定时自动测量、分级声光报警、数据存储、标配心电、血压、血氧、呼吸监测功能； 3、配套配件：标配5导联心电线，成人/儿童双规格血氧探头，大、中、小号三款血压袖带； 4、显示配置： 4.1、屏幕规格：≥10寸彩色LED背光触摸屏； 4.2、分辨率：≥800*600； 4.3、波形显示：支持≥8通道波形同步展示； 5、供电续航：内置标配锂电池，连续工作时长≥4小时； 6、安全规格：ECG, TEMP, SpO2, NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤CF型。	台	1			
2	医用小冰箱	1、适用范围：储存疫苗； 2、2-8度医用冷藏箱，微电脑控制显示精度0.1度、多重故障报警，高低温报警，传感器故障报警、风冷无霜、冷凝水自蒸发； 3、竖款，冷藏容积大于等于65L，发泡门设计，避光门体、显示板具有密码保护功能； 4、整机医用级安全标准，恒温稳定、温控精准，满足预防接种门诊疫苗存储规范。	台	1			
3	接种操作和急救演练模拟设备	成人肌肉注射模拟器：需为电子上臂肌肉注射训练模型、材质PVC材质、穿戴式，电子信号灯、电子信号反馈；	2	个			
		成人皮下注射模拟器	2	个			
		成人皮内注射模拟器	1	个			
		成人皮内注射模拟器	1	个			
		婴儿手臂、腿部肌肉模型教学模型	1	个			
		婴儿心肺复苏模拟人：需配备数码控制器带训练考核功能），需配备衣物。	1	个			
		儿童心肺复苏模拟人：需配备数码控制器带训练考核功能），需配备衣物。	1	个			
		成人心肺复苏模拟人：需配备数码控制器带训练考核功能），需配备衣物。	1	个			