

《示范教学、宣教及空气环境监测消毒设备参数要求》							
序号	具体项目	参数要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	空气质量监控设备	用于检测本单位二楼的空气质量需支持与门诊决策分析系统互通，支持系统自定义配置；通过物联网技术将温湿度传感器数据实时采集展示；支持实时读取环境传感器数据，显示空气质量等级；支持实时获取标准AQI数值，显示当前指数；支持持续采集室内PM2.5实时浓度数值并展示；支持获取并展示当日天气状况。	台	1			
2	空气消毒机	适用空间≥120m³、循环风量>1200m³/h、设备采用多层递进式过滤系统，包含可水洗初效滤网、柱状活性炭吸附滤网、H13医用级HEPA高效滤网多层组合，至少包含以下3种以上消杀因子：UVC紫外线LED、光触媒、缓释杀菌新材料；消杀性能：白葡萄球菌(8032)杀灭率≥99.99%、对空气中自然菌死亡率 ≥93%、对空气中甲型H1N1病毒气溶胶清除率>99.99% ND、对新型冠状病毒灭活对数值>99.99%、空气中平均菌落数0.2CFU/皿，符合II类环境标准；配备PM2.5传感器，实时监测空气质量；支持三种运行模式可选：智能、童锁、睡眠；支持定时关机功能、支持多种提醒方式如滤网更换和UV灯更换提醒；WIFI物联功能；手机APP远程控制；通过大数据平台实时监控空气质量；空气消毒机具有消毒器械消毒效果检验报告和消毒产品卫生安全评价备案。	台	3			
2	预防接种证OCR识别专用设备	需要能够适配新版预防接种证（接种证长210mm，宽145mm，厚度在1.92-2.6mm之间），支持与现有预防接种系统对接，读取当前打印疫苗信息，智能识别预防接种证的页码和印刷标识，且支持自动测厚、自动寻边、自动纠偏功能。扫描模式支持黑白、灰度及彩色的双面扫描，扫描结果符合OCR识别要求。	台	4			
3	光感宣教疫苗树	软件服务需提供可交互的免疫回访科普宣讲软件，支持通过触摸投影内容实现动态科普宣教。光感互动模块可提供可互动疫苗接种计划软件。定制激光雷达可360°扫描，含网口转接板，雷达防护罩。可支持定制激光投影模块如亮度≥4000流明、对比度≥300000:1、分辨率≥1920*1080、兼容显示3840x2160以及4096x2160分辨率信号，采用激光光源，光源寿命长达30000小时，节能环保。采用短焦镜头设计。支持蓝光3D格式。	1	套			
3	多功能接种桌	智慧接种桌需配备有操作屏、签核屏、证照扫描设备、疫苗扫码设备等；接种台分区设计，医用垃圾区隔离设计，并具备注射器、棉签等的存放区域；支持与现有预防接种系统对接，可供“三查七对五告知一验证”接种全流程规范使用；支持受种者验证电子签核，签核支持受种者拍照、指纹，疫苗盒子包装等信息；操作屏、签核屏具备屏幕升降功能，且可以多角度旋转；接种桌带有单独开关，需要能控制所有桌上设备电源；接种桌材质需为E0级或以上优质环保实木颗粒板，耐磨、耐脏、耐高温；表面材质为烤漆，颜色高光白；且外尺寸长度≥1790mm，宽度≥800mm，高度≥1090mm同时配备一个办公椅，一个接种用软包皮凳。	1	套			
3	电子化疫苗标签管理	支持与福建省疫苗全程追溯平台对接下发疫苗相关信息移动疫苗管理系统。与疫苗全程追溯平台对接实现疫苗实时库存管理，自动更新疫苗库存信息。与疫苗全程追溯平台对接实时获取库存内疫苗信息，对库存内近效期疫苗实时通过价签进行颜色提醒。支持电子标签扫码绑定、解绑、一键换绑功能。支持通过系统库存一键找苗，通过电子价签亮灯位置，查询实物位置。与疫苗全程追溯平台对接，支持多场景疫苗扫码出入库、库存盘点、电子化标签，并在完成出入库、盘点后将信息同步至疫苗追溯系统。支持移动查询本单位库存信息，可实时了解本单位近效期的疫苗。电子价签尺寸≥2.6mm、颜色支持两色及以上、电池容量≥1200mAh、支持LED灯提醒、连接方式网线/wifi。	1	套			