鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心医用冷藏箱采购项目清单

项目名称	要求	数量	单价（元）	总价（元）
医用冷藏箱	温度控制范围：2-8℃，风冷无霜；门体为高密度聚氨酯整体发泡保温门，无玻璃观察窗；外形宽度≤480mm、深度≤570mm；配备数显温控、高低温及开门声光报警；具备二类医疗器械注册证；厂家可出具发泡门原厂供货承诺。	2		
医用冷藏箱	温度控制范围:2-8° C;2、双开门;3、玻璃门窗;4、无冷冻室;5、外部尺寸大小:长宽高不小于120厘米*188厘米*58厘米;不大于126厘米*200厘米*65厘米;6、内部容量大小:以外部尺寸，长宽高不小于120厘米*188厘米*58厘米;不大于126厘米*200厘米*65厘米为准。	1		
合计				

供应商名称（盖公章）：_____

日期：_____